
Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	EDV	Probe	Methode
Osmolalität LP 50 400 - 800 mOsm/kg H₂O Probengefäß: Urinmonovette, gelb (10 ml)	UOSM	Spontanurin	Kryoskopie